

Hiệp Hòa, ngày 02 tháng 04 năm 2025

## THƯ MỜI BÁO GIÁ

**Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm vật tư, hóa chất sử dụng cho trang thiết bị y tế**

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hoà có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế của đơn vị với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hoà.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
  - Người nhận báo giá: Nguyễn Thế Huy
  - Chức vụ: Trưởng khoa Dược – TTBYT
  - SĐT: 0914.815.481
- Cách thức tiếp nhận báo giá: tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:
  - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa dược – Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hoà; Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh – Tổ dân phố số 3- Thị trấn Thắng – Hiệp Hoà – Bắc Giang.
  - Nhận qua email: [ttythiephoa24007@gmail.com](mailto:ttythiephoa24007@gmail.com)
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15h ngày 02 tháng 04 năm 2025 đến hết ngày 16 tháng 04 năm 2025. <sup>(2)</sup>

*Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.*

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: **Tối thiểu** 90 ngày, kể từ ngày 16 tháng 04 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục trang thiết bị y tế chi tiết như sau: (yêu cầu báo giá trọn gói)

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Máy giặt	<p><b>Yêu cầu chung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Thiết bị phải được sản xuất năm 2025 , mới 100%.</li> <li>-Nhà sản xuất phải có giấy chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001 hoặc tương đương.</li> </ul> <p>Nguồn điện xoay chiều : 380/50Hz</p> <p><b>Cấu hình và số lượng (cho 1 máy):</b></p> <p>Máy chính kèm theo các phụ kiện tiêu chuẩn: 01 máy</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đường cấp nước ống mềm: 2 đường ống</li> <li>- Ống thoát: 1 đường ống</li> <li>- Chìa khóa mở bảng điều khiển, để sửa chữa, bảo dưỡng: 2 bộ</li> <li>- Hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh + tiếng Việt): 01 bộ</li> </ul> <p><b>Đặc trưng kỹ thuật cơ bản:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Công suất giặt: 60 – 66 kg/mẻ</li> <li>-Công suất điện năng : 36 - 54 kW</li> <li>-Tiết kiệm năng lượng</li> <li>-Tiết kiệm nước</li> <li>-Thời gian giặt ngắn</li> <li>-Cửa máy thiết kế lớn</li> <li>-Thể tích lồng 600 lít</li> <li>-Vận hành bằng màn hình cảm ứng bao gồm 99 chương trình được lập trình và có thể tùy chỉnh các thông số khác nhau trong quá trình giặt, bao gồm như nhiệt độ, thời gian giặt mực nước, tốc độ, thời gian xả, thời gian vắt và tốc độ vắt.</li> <li>-Ngăn chứa hóa chất được làm bằng AISI 304 giúp cho bột giặt không bị vón cục và luôn giữ vệ sinh sạch sẽ</li> <li>-Cửa lớn ở độ cao tiện dụng phù hợp giúp cho người vận hành cho đồ vào và lấy đồ ra được dễ dàng hơn.</li> </ul>	01	Máy

		<p>-Máy giặt tự động phát hiện kích thước tải, hệ thống truyền tải điện PTS 3 không cần bảo trì tiêu thụ năng lượng thật sự cần thiết cho các hoạt động. Hệ thống điều tiết nước WRS liên tục theo dõi mực nước và tự động điều chỉnh mức nước phù hợp với lượng đồ.</p> <p>-Van xả bằng thép không gỉ AISI 304 đảm bảo quy trình làm việc ổn định ngay cả khi có chất bẩn thô trong đồ giặt và có thể tiếp cận từ phía trước thông qua một nắp lớn.</p> <p>-Khi vắt lên đến 500 vòng tương ứng với 80% độ ẩm</p> <p><b>Các yêu cầu khác:</b></p> <p>-Thiết bị phải được bảo hành 12 tháng kể từ khi nghiệm thu.</p> <p>-Nhà cung cấp chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật.</p> <p>-Yêu cầu nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sửa chữa, bảo quản.</p> <p>-Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 05 năm.</p>		
2	Máy sấy công nghiệp ≥60 Kg	<p><b>Yêu cầu chung</b></p> <p>-Thiết bị phải được sản xuất từ năm 2025 , mới 100%;</p> <p>-Nhà sản xuất phải có một trong các giấy chứng chỉ quốc tế sau : ISO hoặc CE hoặc tương đương;</p> <p>-Điện nguồn sử dụng: 380V, 50Hz;</p> <p>-Điều kiện môi trường hoạt động:</p> <p>+ Nhiệt độ tối đa ≥ 30 độ C</p> <p>+ Độ ẩm tối đa ≥ 75%</p> <p><b>Đặc tính kỹ thuật</b></p> <p><b>1.Thông số kỹ thuật:</b></p> <p>-Công suất: 60 – 66 kg vải/mẻ</p> <p>-KT: 1270x1366x2380 mm</p> <p>-Đường kính lồng: 1225 mm</p> <p>-Chiều sâu lồng: 1020 mm</p> <p>-Đường kính cửa: 802 mm</p>	01	Máy

-Dung tích lồng: 1202 lít  
-Chiều cao trung tâm cửa: 1275 mm  
-Lưu lượng khí tối đa: 3000 m<sup>3</sup>/giờ  
-Công suất động cơ: 1.1 Kw  
-Công suất quạt thổi: 1.1 Kw  
-Tổng công suất: 74,25 Kw  
-Trọng lượng: 529 kg

**2. Chỉ tiêu kỹ thuật:**

- Có 37 Ngôn ngữ được lập trình sẵn
- Màn hình điều khiển cảm ứng 7 inch.
- Có USB xuất nhập chương trình.
- Có hỗ trợ tiếng Việt.
- Hiển thị đầy đủ các thông số hoạt động: thời gian sấy còn lại, nhiệt độ sấy, số chương trình.
- Lồng sấy bằng thép không gỉ
- Lồng sấy đảo chiều
- Có bộ biến tần để điều khiển động cơ
- Có hệ thống chống nhăn vải
- Âm báo kết thúc chu kỳ sấy.
- Vỏ thép ngoài được phủ sơn màu xám (tám bạc), làm bằng thép không gỉ, và dễ lau chùi.
- Lồng sấy làm bằng thép không gỉ.
- Luồng khí hướng trực, đem lại hiệu quả sấy khô tốt hơn.
- Lồng sấy được đục lỗ để đảm bảo xử lý vải một cách nhẹ nhàng.
- Bộ lọc xơ vải ở phía dưới, tiện lợi hơn, lớn hơn và cải thiện lưu thông không khí.
- Bộ biến tần giúp động cơ hoạt động mượt hơn.
- Cửa lồng giặt được thiết kế tiện lợi với góc mở lớn, và có tùy chọn hai lớp kính.
- Nút dừng khẩn cấp và nam châm an toàn siêu nhỏ để dừng máy
- Hệ thống truyền động bằng ròng rọc và dây Poly-V cùng với sự hỗ trợ của các bánh xe.

	<p><b>3.Yêu cầu khác:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Thiết bị phải được bảo hành:12 tháng kể từ khi nghiệm thu;</li><li>-Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất;</li><li>-Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: 48 giờ;</li><li>-Nhà cung cấp chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng , hướng dẫn việc bảo quản;</li></ul>		
<i>Tổng: 02 danh mục</i>			

2. Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: *cung cấp, vận chuyển vật tư, hóa chất đến tận khoa Dược - VTTBYT của Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hoà.*

3. Thời gian giao hàng dự kiến: sau khoảng 1-5 ngày tính từ thời gian người cung ứng của đơn vị gọi hàng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán đầu quý này cho quý trước sau khi đơn vị đã nhận đủ các loại giấy tờ cần thiết để phục vụ cho thanh toán.

5. Các thông tin khác (nếu có).

**Nơi nhận:**

- Lưu HS;
- Đăng website đơn vị;

**GIÁM ĐỐC**



**Vũ Văn Hoàn**

**Mẫu báo giá**  
**BÁO GIÁ<sup>(1)</sup>**

**Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hoà**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hoà, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các trang thiết bị y tế như sau:

**1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan**

STT	Danh mục thiết bị y tế <sup>(2)</sup>	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất <sup>(3)</sup>	Mã HS <sup>(4)</sup>	Năm sản xuất <sup>(5)</sup>	Xuất xứ <sup>(6)</sup>	Số lượng/khối lượng <sup>(7)</sup>	Đơn giá <sup>(8)</sup> (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan <sup>(9)</sup> (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) <sup>(10)</sup> (VND)	Thành tiền <sup>(11)</sup> (VND)
1										
2										
n	...									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ..... ngày, kể từ ngày 16 tháng 04 năm 2025 [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày].

**3. Chúng tôi cam kết:**

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất,  
nhà cung cấp<sup>(12)</sup>**

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

### **Ghi chú:**

- (1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.
- (2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.
- (3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.
- (4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.
- (5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.
- (7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
- (8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.
- (9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.
- (10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.
- (11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá. Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.
- (12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá. Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.