

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm vật tư, hóa chất sử dụng cho trang thiết bị y tế

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý linh kiện, vật tư thay thế cho trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 ; Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý linh kiện, vật tư thay thế cho trang thiết bị y tế;

Căn cứ Quyết định số 1572/QĐ-SYT ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026 (lần 1);

Căn cứ Quyết định số 583/QĐ-SYT ngày 10 tháng 03 năm 2026 của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh về việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế giai đoạn 2026-2030;

Căn cứ Quyết định số 408/QĐ- BV ngày 19/6/2026 về việc Phê duyệt danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật và nguồn vốn dự toán mua sắm: Mua máy tán sỏi Laser của Bệnh viện Đa khoa Hiệp Hòa.

Bệnh viện đa khoa Hiệp Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua máy tán sỏi Laser của Bệnh viện Đa khoa Hiệp Hòa với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Hiệp Hòa.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Người nhận báo giá: Nguyễn Thế Huy

- Chức Vụ: Trưởng khoa Dược – TTBYT

- SĐT: 0914.815.481

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược- VTTBYT -Bệnh viện đa khoa Hiệp Hòa; Địa chỉ: Thôn số 3 - Xã Hiệp Hoà – Tỉnh Bắc Ninh.

- Nhận qua email: ttythiephoa24007@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15h ngày 22 tháng 06 năm 2026 đến hết ngày 02 tháng 07 năm 2026. ⁽²⁾

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: **Tối thiểu 90 ngày**, kể từ ngày 02 tháng 07 năm 2026

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục mua sắm chi tiết như sau:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Máy tán sỏi Laser	<p>A. Yêu cầu chung: Thiết bị mới 100% sản xuất năm 2025 trở đi Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, FDA và EU Nguồn điện sử dụng: 220V - 240V/ 50 - 60 Hz Điều kiện hoạt động: + Nhiệt độ môi trường tối đa: ≥ 25 độ + Độ ẩm môi trường tối đa: $\geq 70\%$ Xuất xứ máy chính laser kèm phụ kiện: các nước công nghiệp phát triển (G7) Xuất xứ các thiết bị khác, bao gồm: máy bào mô và phụ kiện, ống nội soi thận qua da, bộ dụng cụ nội soi tán sỏi ngược dòng, bộ dụng cụ bóc nhân và xay mô u xơ tiền liệt tuyến: các nước công nghiệp phát triển (G7)</p> <p>B. Yêu cầu cấu hình 1. Máy tán sỏi laser kèm phụ kiện tiêu chuẩn trong: 01 bộ, bao gồm: - Máy chính: 01 bộ - Bàn đạp chân: 01 bộ - Kính bảo vệ an toàn sóng laser: 01 cái - Dây dẫn laser, đường kính 272μm, dùng nhiều lần: 01 cái - Dây dẫn laser, đường kính 550 μm, dùng nhiều lần: 01 cái - Dây dẫn laser, đường kính 800 μm, dùng nhiều lần: 01 cái - Bộ cắt/ bóc dây dẫn laser các cỡ: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 Bộ 2. Máy bào mô kèm phụ kiện: 01 bộ - Máy bào mô: 01 cái - Tay bào mô: 01 cái - Lưỡi bào mô loại dùng nhiều lần: 01 cái - Bộ dây tưới hút dịch: 01 bộ - Hộp đựng bệnh phẩm: 01 cái 3. Máy tưới dịch chuyên dụng, kèm phụ kiện: 01 bộ</p>	Máy	01	

11/11/2026
B
C
HI
SY

4. Bộ dụng cụ nội soi tán sỏi qua da: 01 bộ, bao gồm:

- Ống kính nội soi thận qua da: 01 cái
- Bộ nong thận qua da, loại dùng 1 lần: 03 bộ
- Bộ khăn phẫu thuật tán sỏi qua da: 03 bộ

5. Bộ dụng cụ nội soi tán sỏi ngược dòng: 01 bộ, bao gồm:

- Ống kính nội soi niệu quản bề thận: 01 cái
- Forcep gấp sỏi: 01 cái
- Rọ lấy sỏi: 01 cái

6. Bộ xử lý hình ảnh nội soi và ống nội soi mềm: 01 bộ, bao gồm:

- Bộ xử lý hình ảnh nội soi: 01 cái
- Ống nội soi mềm niệu quản bề thận, loại dùng một lần: 01 cái
- Giá đỡ ống soi mềm: 01 cái

7. Bộ dụng cụ bóc nhân và xay mô u xơ tiền liệt tuyến: 01 bộ, bao gồm:

- Ống soi dùng cho xay bào mô: 01 cái
- Bộ vỏ đặt: 01 bộ
- Tay cắt: 01 cái
- Ống dẫn dây laser: 01 cái
- Adapter dẫn hướng dây laser: 01 cái

C. Chỉ tiêu kỹ thuật

1. Máy tán sỏi Laser:

- Sử dụng được trong phẫu thuật các chuyên khoa, tối thiểu có Ngoại tổng quát (Tán sỏi đường mật) và Tiết niệu (Tán sỏi bàng quang, niệu quản, thận), Sản phụ khoa ...
- Điều khiển qua màn hình cảm ứng kích thước ≥ 12 inch
- Có tối thiểu 03 lựa chọn điều trị chính cho các ứng dụng tán sỏi, cắt đốt mô mềm
- Cho phép thay đổi cường độ sáng của tia định hướng
- Có tối thiểu 04 chế độ phát tia dẫn hướng
- Công kết nối dây dẫn laser chuẩn SMA hoặc tương đương
- Có tính năng nhận diện dây dẫn laser
- Tương thích với các dây dẫn laser cỡ từ khoảng 200 μm đến 1000 μm
- Hiện thị được các thông số quan trọng của dây laser
- Hiện thị được tổng số lượng xung laser đã phát
- Sử dụng bàn đạp chân đôi, có nút chuyển đổi trạng thái chờ và trạng thái sẵn sàng phát tia, ...
- Sử dụng chìa khóa khởi động hoặc nút bấm
- Có nút bấm dừng khẩn cấp

- Hiện thị trạng thái hoạt động của máy bằng đèn LED hoặc trên màn hình hoặc tương đương

- Có hiện thị thông báo lỗi
- Lưu trữ được thông tin, chi tiết cài đặt sử dụng trong ca điều trị
- Làm mát bằng nước hoặc khí hoặc tốt hơn
- Có tính năng tự động chuyển sang chế độ nghỉ khi xảy ra hiện tượng quá nhiệt
- Thông số kỹ thuật:
 - + Nguồn phát: Ho:YAG hoặc tương đương
 - + Bước sóng: 2100 nm
 - + Công suất: $\geq 100W$
 - + Tần số phát tia tối đa: $\geq 75 Hz$
 - + Độ rộng xung tối thiểu: $\leq 150 \mu s$
 - + Độ rộng xung tối đa: $\geq 1100 \mu s$
 - + Năng lượng xung tối đa: $\geq 5J$

2. Máy bào mô kèm phụ kiện: 01 bộ

- Máy bào mô tích hợp trên máy chính hoặc tách rời
- Tay bào mô có tốc độ vòng quay ≥ 3000 vòng/phút
- Tay bào mô có thể hấp tiệt trùng nhiệt độ cao
- Lưỡi bào mô có chiều dài $\geq 400mm$, đường kính $\leq 5mm$
- Lưỡi bào mô dùng nhiều lần, có thể hấp tiệt trùng nhiệt độ cao

3. Máy tưới dịch chuyên dụng:

- Áp lực tưới tối đa: $\geq 500 mmHg$
- Lưu lượng tưới tối đa: $\geq 1500 ml/phút$
- Lưu lượng hút tối đa: $\geq 1500 ml/phút$
- Độ ồn khi hoạt động: $\leq 70 dB$

4. Bộ dụng cụ nội soi tán sỏi qua da: 01 bộ.
Sai số cho phép $\pm 5\%$

Ống kính nội soi thận qua da: 01 cái

- Hướng nhìn khoảng 5 độ
- Thân ống cỡ khoảng 12 Fr
- Chiều dài làm việc khoảng 220mm
- Đường kính kênh làm việc cỡ khoảng 7 Fr
- Bộ nong thận qua da, loại dùng 1 lần bao gồm bộ nong các cỡ, dây dẫn đường, kim chọc dò thận
- Bộ khăn phẫu thuật tán sỏi qua da

5. Bộ dụng cụ nội soi tán sỏi ngược dòng: 01 bộ.
Sai số cho phép $\pm 5\%$

Ống kính nội soi niệu quản bể thận: 01 cái

- Hướng nhìn khoảng 5 độ
- Đường kính đầu ống khoảng 7.5 - 9 Fr.
- Chiều dài làm việc khoảng 425 mm
- Đường kính kênh làm việc cỡ khoảng 7 Fr
- Góc nhìn khoảng 85 độ

TIA
VI
HO
HO

Forcep gấp sỏi loại hàm hoạt động kép, cỡ khoảng 5 Fr., chiều dài làm việc khoảng 600mm
Rọ lấy sỏi loại có thể xoay 360 độ, sử dụng công nghệ từ tính hoặc tương đương, cỡ khoảng 1.8Fr, độ mở của rọ khoảng 12mm, chiều dài khoảng 1200mm.

6. Bộ xử lý hình ảnh nội soi và ống nội soi mềm
Sai số cho phép 5%

Bộ xử lý hình ảnh nội soi loại màn hình cảm ứng

- Độ phân giải màn hình 1920 x1080 pixel
- Trường nhìn khoảng 170 độ
- Độ tương phản màn hình: 800:1
- Độ sáng màn hình: 400 lumens
- Hỗ trợ kết nối DICOM
- Đầu ra hình ảnh: tối thiểu có HDMI, DVI, SDI
- Bộ nhớ trong khoảng 32G
- Pin loại lithium

- Thời gian sử dụng khoảng 8h

Ống nội soi mềm niệu quản bề thận, loại dùng một lần:

- Tích hợp nguồn sáng trên đầu ống soi, điều chỉnh được nhiều mức cường độ
- Tích hợp nút bấm trên thân ống có thể cài đặt các chức năng tùy chọn, tối thiểu có: chụp ảnh, quay phim, cân bằng trắng, phóng đại, dừng ảnh...
- Có thể lựa chọn khóa góc uốn của đầu ống tự động hoặc không khóa góc
- Có kênh hút kèm nút bấm
- Trường nhìn: ≥ 100 độ
- Đường kính thân ống soi khoảng 7.5 Fr
- Đường kính kênh làm việc khoảng 3.6 Fr
- Chiều dài làm việc khoảng 650 mm
- Khả năng uốn cong của đầu ống khoảng 275 độ
- Gá đỡ ống soi mềm cỡ 11Fr, chiều dài khoảng 45cm

7. Bộ dụng cụ bóc nhân và xay mô u xơ tiền liệt tuyến: 01 bộ

Sai số cho phép 5%

- Ống soi dùng cho xay bào mô loại thị kính chếch, cỡ khoảng 26 Fr
- Bộ vỏ đặt cho tay cắt nội soi cỡ khoảng 26 Fr bao gồm vỏ ngoài, vỏ trong và nòng đặt vỏ
- Tay cắt đốt bằng năng lượng laser
- Ống dẫn dây laser dùng với tay cắt đốt, đầu xa có thanh nâng
- Adapter dẫn hướng dây laser loại ngắn

YÊU CẦU KHÁC

Giao hàng, lắp đặt tại nơi sử dụng; Thời gian bảo

H
N
A
H

	<p>hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu. Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành: ≥ 06 tháng. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất. Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 48 giờ. Có danh sách công việc bảo dưỡng theo khuyến cáo Nhà sản xuất. Phải có đội ngũ kỹ sư được chính hãng sản xuất đào tạo (Có tài liệu chứng minh của chính hãng sản xuất). Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp. Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế tối thiểu 08 năm. Có bảng báo giá các phụ tùng, linh kiện thay thế không thay đổi tối thiểu 5 năm sau thời gian bảo hành. Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh + Việt), Tài liệu bảo trì (Anh), có văn bản cam kết cung cấp đầy đủ khi giao hàng. Có cam kết cung cấp chứng nhận chất lượng CQ và chứng nhận xuất xứ CO khi bàn giao máy.</p>			
<i>Tổng cộng: 01 khoản</i>				

BẮC

2. Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị, vật tư y tế: *cung cấp, vận chuyển hàng hóa đến tận khoa Dược - VTTBYT của Bệnh viện đa khoa Hiệp Hòa.*
3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán đầu quý này cho quý trước sau khi đơn vị đã nhận đủ các loại giấy tờ cần thiết để phục vụ cho thanh toán.
5. Các thông tin khác (nếu có).

Nơi nhận:

- Lưu VT;
- Đăng website đơn vị;

GIÁM ĐỐC



Vũ Văn Hoàn

Mẫu báo giá

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Hiệp Hòa

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa Hiệp Hòa, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Đơn vị tính ⁽⁷⁾	Số lượng/khối lượng ⁽⁸⁾	Đơn giá ⁽⁹⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽¹⁰⁾ (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹¹⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹²⁾ (VND)
1											
2											
n	...										

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ 02 tháng 7 năm 2026 [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất,
nhà cung cấp⁽¹²⁾**

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột "Danh mục thiết bị y tế" trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột "Danh mục thiết bị y tế".

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chi tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.