SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ BẮC NINH **BỆNH VIỆN ĐA KHOA HIỆP HÒA**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 58 /BV-KD *Báo giá lần 6 tháng 11/2026*	*Hiệp Hòa, ngày 13 tháng 11 năm 2026*

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Áp dụng đối với gói thầu mua sắm thiết bị y tế; gói thầu mua sắm vật tư, hóa chất sử dụng cho thiết bị y tế

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/09/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý linh kiện, vật tư thay thế cho trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ- CP ngày 03/3/2023 ; Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý linh kiện, vật tư thay thế cho trang thiết bị y tế;

Căn cứ Quyết định số 1572/QĐ-SYT ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026 (lần 1);

Căn cứ Quyết định số 583/QĐ-SYT ngày 10 tháng 03 năm 2026 của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh về việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế giai đoạn 2026-2030;

Căn cứ Quyết định số 742/QĐ- BV ngày 13/11/2026 về việc Phê duyệt danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật và nguồn vốn dự toán mua sắm: Mua sắm thiết bị y tế lần 5 năm 2026 của Bệnh viện đa khoa Hiệp Hòa.

Bệnh viện đa khoa Hiệp Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế lần 5 năm 2026 của Bệnh viện đa khoa Hiệp Hòa với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Hiệp Hòa.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Người nhận báo giá: Đặng Tiến Hiệp
- Chức Vụ: Phó Trưởng khoa Dược - VTTBYT
- SĐT: 0949.212.333

Scanned with CamScanner

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:

- Đơn vị quan tâm đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược- VTTBYT -Bệnh viện đa khoa Hiệp Hòa; Địa chỉ: Tổ dân phố Phố Thắng - Phường Hiệp Hoà - Thành phố Bắc Ninh.

- Nhận qua email: ttythiephoa24007@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16h ngày 13 tháng 11 năm 2026 đến trước 17h, ngày 23 tháng 11 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 23 tháng 11 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục mua sắm chi tiết như sau:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh	Năm sản xuất: 2026 trở về sau Máy mới 100% Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 **Cấu hình cung cấp:** -Máy chính và màn hình màu 7 inch TFT LCD: 01 cái - Đèn hồng ngoại và đèn thăm khám: 01 bộ - Cảm biến nhiệt độ qua da: 02 cái - Khay X-Ray: 01 cái - Nệm: 01 cái - Giỏ đựng đồ: 01 cái - Mô đun cung cấp Oxy (tiêu chuẩn kết nối CGA-540 REN chuyên dụng cho khí Oxy) và bộ đồng hồ oxy: 01 bộ - Hướng dẫn sử dụng: 01 quyển **<u>Thông số kỹ thuật:</u>** **Kích thước cơ bản** -Kích thước: 1027 x 690 x 1890 mm - Cân nặng khoảng: 83 kg - Kích thước nệm: 495 x 27 x 810 mm **Kiểm soát nhiệt độ và đo lường** - Chế độ điều khiển: Tự làm ấm / trẻ em / bằng tay -Phạm vi hiển thị nhiệt độ da: 26° C ~ 42° C (± 0,3° C) -Phạm vi kiểm soát nhiệt độ da: 34° C ~ 38 °C -Đầu dò cảm biến nhiệt độ da: 2 cái **Tải nhiệt** -Phạm vi đầu ra của tải nhiệt: 0 ~ 100% (20 mức)	Bộ	01

Scanned with CamScanner

		-Công suất đầu tải nhiệt: 600W (30mW/Cm2 (± 20%) -Tuổi thọ của tải nhiệt: 5000 giờ. -Tải nhiệt có thể xoay ± 90 độ **Đèn thăm khám** -Sử dụng đèn LED có công suất: 40W (10W x 4 bóng) có 3 mức kiểm soát. -Cường độ sáng: >7000 lux, tuổi thọ 2000 giờ **Hiển Thị** -Màn hình điều khiển kiểu TFT LCD màu: 7 inch -Báo động bằng chuông báo âm thanh và ánh sáng: 6 loại -Bộ đếm thời gian: 0 phút 0 giây ~ 59 phút 59 giây (cài đặt: 1, 5, 10 phút sẽ tự động báo kêu 1 lần) **Nguồn điện** - Sử dụng nguồn điện: 100 – 240V, 50/60 Hz - Công suất tiêu thụ: 750VA - Độ rò rỉ điện: < 100 µAmp Điện trở đất: < 0.1 Ω		
2	Máy đo huyết áp điện tử	Thiết bị gồm: 1 máy đo huyết áp, 1 vòng bít bắp tay, 1 túi đựng bằng vải, 4 viên pin "AA", sách hướng dẫn sử dụng. - Thông số kỹ thuật: Phương pháp đo: Đo dao động Dải đo: - Áp suất: 0-299 mmHg - Nhịp tim: 40 -180 nhịp/phút Độ chính xác: - Áp suất: ±3mmHg - Nhịp tim: ±5% Máy đo huyết áp điện tử sử dụng phương pháp đo dao động. Khi vòng bít bơm hơi, máy sẽ cảm nhận được nhịp đập của động mạch dưới vòng bít. Nhịp này được gọi là nhịp đập dao động. Cảm biến áp suất điện tử sẽ hiển thị một kết quả số về huyết áp. - Nước sản xuất: G7	Cái	03
3	Xe lăn	- Tính năng dừng đỗ: Tất cả các bánh xe cần được đỗ nhẹ nhàng trừ bánh xe nâng. - Tính ổn định tĩnh: theo chiều dọc ≥10°, bên ≥15°. -Tính năng giữ lên dốc: ≤8° - Khoảng cách trượt: ≤350mm - Bán kính quay tối thiểu: ≥0.85m - Độ rộng quay tối thiểu: ≥1.5m	Cái	03
Tổng cộng: 03 khoản				

2. Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản vật tư, thiết bị y tế: *cung cấp, vận chuyển hàng hóa đến tận khoa Dược - VTTBYT của Bệnh viện đa khoa Hiệp Hòa.*

Scanned with CamScanner

3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 100% giá trị hợp đồng ngay sau hoàn thành công việc và đơn vị đã nhận đủ các loại giấy tờ cần thiết để phục vụ cho thanh toán.

4. Các thông tin khác (nếu có).

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HIỆP HÒA

Vũ Văn Hoàn

Nơi nhận:

- Lưu VT;
- Đăng website đơn vị;

Scanned with CamScanner

Mẫu báo giá

BÁO GIÁ[1]

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Hiệp Hòa

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa Hiệp Hòa, chúng tôi .... *[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]* báo giá cho các trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các hàng hóa liên quan

STT	Danh mục [2]	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất[3]	Mã HS[4]	Năm sản xuất[5]	Xuất xứ[6]	Số lượng/khối lượng[7]	Đơn giá[8] (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan[9] (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có)[10] (VND)	Thành tiền[11] (VND)
1										
2										
n	...									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ..... ngày, kể từ ngày 23 tháng 11 năm 2026 *[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]*.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

……, ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp[12]

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Scanned with CamScanner

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột "Danh mục thiết bị y tế" trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột "Danh mục thiết bị y tế".

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Scanned with CamScanner