

## THƯ MỜI BÁO GIÁ

**Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm vật tư, hóa chất sử dụng cho trang thiết bị y tế**

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hoà có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Cung cấp vật tư y tế của đơn vị với nội dung cụ thể như sau:

### **I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hoà.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
  - Người nhận báo giá: Nguyễn Thế Huy
  - Chức Vụ: Trưởng khoa Dược – TTBYT
  - SĐT: 0914.815.481
- Cách thức tiếp nhận báo giá: tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:
  - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa dược – Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hoà; Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh – Tổ dân phố số 3- Thị trấn Thăng – Hiệp Hoà – Bắc Giang.
  - Nhận qua email: [ttythiephoa24007@gmail.com](mailto:ttythiephoa24007@gmail.com)
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15h ngày 22 tháng 05 năm 2024 đến hết ngày 05 tháng 06 năm 2024. <sup>(2)</sup>

*Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.*

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: **Tối thiểu 90 ngày**, kể từ ngày 05 tháng 06 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

### **II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

- Danh mục vật tư, hoá chất sinh hóa chi tiết như sau: **(yêu cầu báo giá trọn gói)**

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
01	Chi Surgicryl PGA số 2/0	<p>Chỉ tiêu chất liệu Polyglycolic acid tổng hợp số 2/0 được bao phủ bởi 1 lớp Polycaprolactone và calcium stearate.</p> <p>KT: Dài 75cm kim 1/2 kim tròn vòng kim 26mm. Sức căng còn 50% sau 21 ngày; tan hoàn toàn trong vòng 60-90 ngày.</p> <p>Kim làm bằng chất liệu thép không gỉ AISI-SUS 302/304 không chứa martensitic. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE sản xuất tại Châu Âu (hoặc tương đương)</p>	1,200	Sợi
02	Chi Surgicryl PGA số 4/0	<p>Chỉ tiêu chất liệu Polyglycolic acid tổng hợp số 4/0 được bao phủ bởi 1 lớp Calcium stearate, và polycaprolactone KT: dài 75cm kim tròn vòng kim 22mm cong 1/2C sức căng còn 50% sau 21 ngày tan hoàn toàn trong 60-90 ngày. Tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016, CE, sản xuất tại Châu Âu (hoặc tương đương)</p>	24	Sợi
03	Chi Surgicryl PGA số 5/0	<p>Chỉ tiêu chất liệu Polyglycolic acid tổng hợp số 5/0 được bao phủ bởi 1 lớp Calcium stearate, và polycaprolactone KT: dài 75cm kim tròn vòng kim 17mm phủ silicone, cong 1/2C. Sức căng còn 50% sau 21 ngày tan hoàn toàn trong 60-90 ngày. Tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016, CE, sản xuất tại Châu Âu. kim 302, (hoặc tương đương)</p>	24	Sợi

04	Chi Daclon Nylon số 4/0	Chỉ không tiêu đơn sợi tổng hợp Polyamide 6.0 hoặc 6.6(nylon) số 4/0 75cm kim tam giác 3/8C 19mm. Lực tách kim và chỉ cao hơn 20-60% USP đóng gói bằng giấy Tyvek. Kim phủ silicone . Tiêu chuẩn CE - Châu Âu ( hoặc tương đương)	24	Sợi
05	Chi Daclon Nylon số 5/0	Chỉ không tan tổng hợp nylon thành phần polyamide 6.0 hoặc 6.6 số 5/0 dài 75m kim tam giác 3/8C 16mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai chống rách ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 300, 302 phủ silicone. Tiêu chuẩn ISO, CE - Châu Âu. ( hoặc tương đương)	24	Sợi
06	Kẹp cầm máu Hemoclip size XL (Clip mạch máu Polymer )	<p>Chất liệu: clip chất liệu acetyl homopolymer, nắp chụp khay bằng nhựa PET, khay cài bằng nhựa HDPE, ví đựng clip bằng nhựa ABS, sử dụng trong các quy trình phẫu thuật nói chung, dùng một lần, không tiêu. Thiết kế lỗ giúp giữ clip trong ngoài của kim, giảm khả năng rơi clip và trượt trong quá trình làm thủ tục. Bàn là linh hoạt cho phép định vị lại clip trước khi khóa, đảm bảo lực luôn duy trì ổn định. Bàn là rộng cho phép bao trùm nhiều mô hơn các clip (kim loại. Các răng vuông góc cung cấp độ bao phủ bề mặt lớn hơn, ức chế sự di chuyển, tăng độ bám dính máu.</p> <p>Có khóa an toàn và chắc chắn</p> <p>Cỡ XL: ví màu Vàng kim (Gold), phù hợp mô và mạch máu có đường kính 7 mm - 16 mm; chiều rộng clip 1,305±0,127mm; đường kính máu khóa 1,286mm, đường kính máu lòi 1,291mm; chiều rộng bàn là 0,381mm; độ dày răng khóa 0,1mm ( hoặc tương đương)</p>	1,000	Cài

07	Ống nghiệm Heparin	<p>Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE dày kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lõng trong của ống. Hóa chất: Heparin Lithium dưới dạng hạt sương (nồng độ trong khoảng 0.1mg - 0.2mg Heparin Lithium trên ml máu), Kích thước ống 12x75mm, có vạch định mức lấy mẫu 2ml; Khoảng trống tối thiểu không nhỏ hơn 0,5ml; Chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 10 phút (ống không bị vỡ, rò rỉ hoặc rạn nứt), nhân màu đen. Được kiểm định chất lượng bởi cơ quan kiểm định. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 ( hoặc tương đương)</p>	52.800	ống
08	Ống nghiệm EDTA	<p>-Ống có hình dạng lăng trụ đáy tròn, có nắp đậy  -Kích thước thân ống: 12 x 75mm, thể tích sử dụng 5ml.  -Chất liệu: Thân ống làm bằng nhựa PP (polypropylene) hoặc PET. Nắp làm bằng nhựa LDPE (low density polyethylene)  -Ống chứa chất kháng đông EDTA giữ các tế bào trong máu ở trạng thái tách rời tối đa lên đến 8 giờ. chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 10 phút (ống không bị vỡ, rò rỉ hoặc rạn nứt). Nồng độ muối trong khoảng 0.1mg - 2mg EDTA khan trên 1ml máu. Được kiểm định chất lượng bởi cơ quan kiểm định. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 ( hoặc tương đương)</p>	33.600	ống

09	Ống nghiệm Natricitrat	<p>Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp màu xanh lá cây. Nồng độ muối là 3.8mg trên 1ml máu. Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE dày kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống. Kích thước ống 12x75mm, có vạch định mức lấy mẫu 2ml; chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 10 phút (ống không bị vỡ, rò rỉ hoặc trạn nứt). Nắp màu xanh để nhận biết ống. Được kiểm định chất lượng bởi cơ quan kiểm định. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (hoặc tương đương)</p>	7.200	ống
10	Dung dịch khử khuẩn dụng cụ	<p>Thành phần : Ortho Phthalaldehyde 0.55% , Ph = 7.2-8.2 ,không gây ăn mòn dụng cụ , có bằng tương thích dụng cụ. Tái sử dụng 14 ngày , sử dụng sau 75 ngày kể từ khi mở nắp, có que thử kèm theo ( hoặc tương đương)</p>	200	lít
11	Que tăm bông lấy dịch âm đạo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Que tăm bông được tiệt trùng bằng khí E.O, đựng trong mỗi ống nhựa, chiều dài tối đa 18cm</li> <li>- Thân que được làm bằng gỗ, một đầu gắn chặt với nắp ống, 1 đầu cuốn bông</li> <li>- Nắp ống được làm bằng nhựa PP chính phẩm. Nắp màu đỏ</li> <li>- Sản phẩm sử dụng một lần (hoặc tương đương)</li> </ul>	1.000	Cái



12	Dây thở oxy người lớn	<p>- Dây oxy được làm từ nhựa PVC dùng trong y tế, không độc hại, không mùi, trong suốt và mềm mại, 100% không chứa latex.</p> <p>- Bao gồm đầu nối, ống nối chính, kẹp, ống nối nhánh, nút lỗ mũi</p> <p>- Ống kiểu chụp qua tai gắn kèm kẹp điều chỉnh giúp thao tác dễ dàng hơn. Trọng lượng cực nhẹ linh hoạt. Có sẵn đầu nối ống tiêu chuẩn cho phép gắn trực tiếp vào đồng hồ đo lưu lượng.</p> <p>- Ống chống va đập và chống xoắn cho dòng chảy liên tục. Chiều dài dây 2m.</p> <p>- Vỏ trùng bằng EO (hoặc tương đương)</p>	500	cái
13	Dụng cụ cắt trĩ số 32	<p>Thiết bị bị khâu được sử dụng để khâu vết thương của niêm mạc trực tràng và búi trĩ trong kênh hậu môn dùng 1 lần</p> <p>Kích thước ghim: 4.5mm</p> <p>Số hàng ghim: 2</p> <p>Số lượng ghim: 32</p> <p>Chiều cao ghim bấm: 0.8-2mm</p> <p>Đường kính ngoài: 32.5mm; 34.5mm</p> <p>Đường kính dao cắt: 24, 26mm</p> <p>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE (hoặc tương đương)</p>	15	cái

14	Dung dịch rửa tay phẫu thuật	Chlohexidine digluconate 4 % (w/w) và các chất phụ gia, chất dưỡng da (Glycerine, Alcohol Ethoxylates, Alkyl Polyglycoside, Aloe Vera, Cocamide Diethanolamine, Vitamin E, Cocamidopropyl Betaine, Polyquatium 7 ...) vừa đủ 100% ( hoặc tương đương)	40	Lit
<b>Tổng: 14 danh mục</b>				



2. Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: *cung cấp, vận chuyển vật tư, hóa chất đến tận khoa Dược - TTBYT của Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hoà.*

3. Thời gian giao hàng dự kiến: sau khoảng 1-5 ngày tính từ thời gian người cung ứng của đơn vị gọi hàng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán đầu quý này cho quý trước sau khi đơn vị đã nhận đủ các loại giấy tờ cần thiết để phục vụ cho thanh toán.

5. Các thông tin khác (nếu có).

**Nơi nhận:**

- Lưu HS;
- Đăng website đơn vị;

**GIÁM ĐỐC**



**PHÓ GIÁM ĐỐC  
BS.DƯƠNG VĂN HẢI**





**Mẫu báo giá**  
**BÁO GIÁ<sup>(1)</sup>**

**Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hoà**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hoà, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các trang thiết bị y tế như sau:

**1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan**

STT	Danh mục thiết bị y tế <sup>(2)</sup>	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất <sup>(3)</sup>	Mã HS <sup>(4)</sup>	Năm sản xuất <sup>(5)</sup>	Xuất xứ <sup>(6)</sup>	Số lượng/khối lượng <sup>(7)</sup>	Đơn giá <sup>(8)</sup> (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan <sup>(9)</sup> (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) <sup>(10)</sup> (VND)	Thành tiền <sup>(11)</sup> (VND)
1										
2										
n	...									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ..... ngày, kể từ ngày 05 tháng 06 năm 2024 [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày].

**3. Chúng tôi cam kết:**

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất,  
nhà cung cấp<sup>(12)</sup>**

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

### **Ghi chú:**

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột "Danh mục thiết bị y tế" trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột "Danh mục thiết bị y tế".

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.