

Số: 8/TTYT-KD

Báo giá lần 05 tháng 10/2024

Hiệp Hòa, ngày 09 tháng 10 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm vật tư, hóa chất sử dụng cho trang thiết bị y tế

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế của đơn vị với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Người nhận báo giá: Nguyễn Thế Huy

- Chức Vụ: Trưởng khoa Dược – TTBYT

- SĐT: 0914.815.481

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa dược – Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa; Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh – Tổ dân phố số 3- Thị trấn Thăng – Hiệp Hòa – Bắc Giang.

- Nhận qua email: ttythiephoa24007@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15h ngày 09 tháng 10 năm 2024 đến hết ngày 23 tháng 10 năm 2024. ⁽²⁾

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: **Tối thiểu 90 ngày**, kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục trang thiết bị y tế chi tiết như sau: (yêu cầu báo giá trọn gói)

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Máy điện xung điện phân	Mô tả cụ thể tại phụ lục kèm theo- Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm theo	02	Cái



STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
2	Máy siêu âm điều trị	Mô tả cụ thể tại phụ lục kèm theo- Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm theo	01	Cái

2. Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: *cung cấp, vận chuyển vật tư, hóa chất đến tận khoa Dược - TTBYT của Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hoà.*

3. Thời gian giao hàng dự kiến: sau khoảng 1-5 ngày tính từ thời gian người cung ứng của đơn vị gọi hàng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán đầu quý này cho quý trước sau khi đơn vị đã nhận đủ các loại giấy tờ cần thiết để phục vụ cho thanh toán.

5. Các thông tin khác (nếu có).

Nơi nhận:

- Lưu HS;
- Đăng website đơn vị;

GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC
Bs CKII. Vũ Văn Hoàn

S
A
C
G
I
A
N



BẢNG MÔ TẢ ĐÍNH KÈM

1/ Máy điện xung điện phân

STT	Danh mục và tính năng, thông số kỹ thuật của thiết bị đề xuất đầu thầu
I.	<p>Cấu hình chuẩn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chủ: 01 cái - Dây điện cực: 01 cái - Tấm điện cực lớn: 02 cái - Tấm điện cực bé: 02 cái - Phụ kiện khác đi kèm theo tiêu chuẩn nhà sản xuất - Dây nguồn: 01 cái - Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
II	<p>Tính năng và thông số kỹ thuật :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Điều kiện môi trường làm việc như sau: <ol style="list-style-type: none"> a) Nhiệt độ môi trường: + 5 °C ~ + 40 °C; b) Độ ẩm tương đối: 30% đến 90%; 2. Nguồn cung cấp: điện áp 220V ± 22V. 3. Đầu vào định mức: 40VA. 4. Mô tả: bề mặt đồng màu, chữ viết tay trên bảng điều khiển rõ ràng và vị trí núm vặn chính xác. <p>Kích thước máy: Chiều dài 380mm, chiều rộng 310mm, chiều cao 135mm, sai số ± 10%;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Điện cực <ol style="list-style-type: none"> a) Tấm điện cực gia nhiệt: dài 85mm, rộng 55mm, dung sai ± 5%; b) Dây điện cực: dài 1800mm, dung sai ± 100mm; c) Tấm điện cực gia nhiệt hấp thụ nước: dài 107 mm, rộng 72 mm, sai số ± 5%. 6. Chế độ điều trị <ol style="list-style-type: none"> a) Có hai chế độ điều trị: Massage và Leading-in . b) Trạng thái Massage xuất ra dạng sóng xung đối xứng, biên độ chênh lệch không quá 2V.



STT	<p align="center">Danh mục và tính năng, thông số kỹ thuật của thiết bị đề xuất đấu thầu</p>
	<p>c) Đầu ra trạng thái Leading- in là dạng sóng xung không đối xứng.</p> <p>7. Kênh đầu ra: đầu ra kênh đơn.</p> <p>8. Dạng sóng sóng mang: sóng hình sin.</p> <p>9. Dạng sóng điều chế: sóng vuông.</p> <p>10. Tần số đầu ra:</p> <p>a) Tần số sóng trung tần: 2000Hz, dung sai $\pm 10\%$;</p> <p>b) Tần số sóng điều biến: 75Hz, sai số $\pm 10\%$.</p> <p>10. Phạm vi điều chỉnh: nên nằm trong khoảng 35% đến 65%.</p> <p>11. Điện áp xung tần số trung gian: Giá trị đỉnh-đỉnh đầu ra lớn nhất của xung tần số trung gian là 99V, dung sai là $\pm 10\%$ và nó được hiển thị ở các mức từ 0 đến 99; dòng điện đầu ra tối đa: 55mA, và dung sai là $\pm 10\%$.</p> <p>12. Biên độ thời gian: có thể điều chỉnh liên tục từ 1 phút đến 60 phút, giá trị mặc định là 25 phút khi khởi động, sai số là ± 10 giây, sau khi kết thúc thời gian điều trị, đầu ra sẽ dừng lại và một tiếng còi sẽ phát ra.</p> <p>13. Hoạt động: Cực đầu ra được phép làm việc ở trạng thái hở mạch và ngắn mạch. Tất cả các bộ điều khiển đầu ra của thiết bị cảm ứng được đặt ở giá trị lớn nhất và mỗi cặp đầu ra đầu ra được mở mạch trong 10 phút, sau đó ngắn mạch trong 5 phút. Sau thử nghiệm này, dụng cụ cảm ứng đáp ứng các yêu cầu.</p> <p>14. Miếng đệm điện cực: Nên mua miếng đệm điện cực với những sản phẩm đủ tiêu chuẩn với thông tin lưu trữ thiết bị y tế hạng nhất.</p> <p>15. Nhiệt độ gia nhiệt phụ của tám điện cực: 43 °C, dung sai ± 3 °C.</p> <p>16. Tốc độ thay đổi dòng điện đầu ra dưới các tải khác nhau không được lớn hơn 10%.</p> <p>17. Thời gian làm việc liên tục của máy không ít hơn 4 giờ.</p>

2/ Máy siêu âm điều trị

STT	<p>Danh mục và tính năng, thông số kỹ thuật của thiết bị đề xuất đấu thầu</p>
I.	<p>Cấu hình chuẩn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính: 01 cái - Cấp nguồn: 01 cái - Đầu dò siêu âm điều trị đa tần (1/ 3MHz) khu vực chiếu 5 cm²: 02 cái - Giá đỡ đầu dò: 02 cái - Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ
II	<p>Tính năng và thông số kỹ thuật :</p> <p>Nguồn cung cấp: 230Vac, 50-60 Hz + 10%</p> <p>Công suất tiêu thụ : 65 VA</p> <p>Cầu chì : 2 A - T - 5 x 20mm</p> <p>Màn hình LCD hiển thị: Cảm ứng màu độ họa 320x240 chức năng chạm và cuộn</p> <p>Thời gian điều trị : Lên đến 30 phút</p> <p>Nhóm an toàn điện theo tiêu chuẩn EN 60601-1: I/ BF</p> <p>Cấp an toàn (93/42/CEE): IIB</p> <p>Độ bảo vệ chất lỏng : IPX0</p> <p>Tần số đầu phát : 1 MHz và 3 MHz ± 15%</p> <p>Chu kỳ nhiệm vụ có thể điều chỉnh: (10 – 100) %</p> <p>Tần số chu kỳ nhiệm vụ có thể điều chỉnh: (10 – 100) Hz</p> <p>Công suất đỉnh chế độ xung: từ 0.1 đến 3W/cm²</p> <p>Công suất đỉnh chế độ liên tục: 0.1 đến 2W/cm²</p> <p>Kênh đầu ra: 2 kênh</p> <p>Giao thức có thể được lưu trữ trong bộ nhớ người dùng: 200</p>



Mẫu báo giá
BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hoà

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hoà, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VND)	Thuế, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)
1										
2										
n	...									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 18 tháng 10 năm 2024 .

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất,
nhà cung cấp⁽¹²⁾**

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

- (1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.
- (2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.
- (3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.
- (4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.
- (5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.
- (7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
- (8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.
- (9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chi tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.
- (10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.
- (11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá. Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.
- (12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá. Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.