

Số 4.19/ CV-TTYT

Hiệp Hòa, ngày 30 tháng 10 năm 2024

## THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế, máy móc phục vụ chuyên môn khám chữa bệnh của Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa

Địa chỉ: Tổ Dân phố số, Thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông Nguyễn Thế Huy- Trưởng khoa Dược-VTTBYT.

Số điện thoại: 0914.815.481. Email: ttythiephoa24007@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận tại địa chỉ: Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa

Địa chỉ: Tổ Dân phố số, Thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Đồng thời, đề nghị các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam scan báo giá qua địa email: ttythiephoa24007@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: ngày 30 tháng 10 năm 2024 đến trước ngày 13 tháng 11 năm 2024.

Lưu ý: Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 13 tháng 11 năm 2024.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Kính hiển vi phẫu thuật mắt	Mô tả cụ thể tại phụ lục kèm theo- Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm theo	01	Hệ thống

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Mô tả cụ thể tại mục A trong Bảng mô tả đính kèm theo.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

Tạm ứng: Không.

Thanh toán: Trong vòng 30 ngày, sau khi hàng hóa được vận chuyển, lắp đặt, nghiệm thu, bàn giao tại Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa; Hoá đơn giá trị gia tăng



(VAT), bên bán cung cấp đầy đủ các chứng từ thanh toán theo quy định của Nhà nước.

**5. Các thông tin khác:**

- Yêu cầu tính năng và yêu cầu kỹ thuật cơ bản tại bảng mô tả đính kèm là yêu cầu tối thiểu của hàng hóa, các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam có thể chào hàng hóa có tính năng và kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn.
- Nhà cung cấp báo giá theo Mẫu báo giá tại Mục C của Bảng mô tả đính kèm./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hệ thống mạng đấu thầu QG;
- Cổng thông TTYT Hiệp Hòa;
- Lưu: VT, KD.

**GIÁM ĐỐC**  
  
**Vũ Văn Hoàn**



## BẢNG MÔ TẢ ĐÍNH KÈM

### I. Cấu hình hệ thống bao gồm đầy đủ các thành phần sau:

<b>STT</b>	<b>Danh mục và tính năng, thông số kỹ thuật của thiết bị đề xuất đấu thầu</b>
	<b>Kính hiển vi phẫu thuật mắt</b>
	<b>THÔNG TIN CHUNG</b>
	Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau
	Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương
	Điện nguồn: Một pha (220V±10%), tần số: 50/60Hz
	<b>Môi trường hoạt động:</b>
	+ Nhiệt độ tối đa: 35°C
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 75% (Không ngưng tụ)
	+ Thời gian bảo hành: 12 tháng đối với toàn bộ hệ thống
	<b>1. CẤU HÌNH CUNG CẤP</b>
	- Hệ thống quang học kính hiển vi bao gồm thị kính và vật kính: 01 bộ
	+ Thị kính 2 mắt: 01 bộ
	+ Vật kính F=200 mm: 01 bộ
	- Hệ thống chiếu sáng: 01 bộ
	- Chân đế, cánh tay nâng: 01 bộ
	- Pedan điều khiển bằng chân: 01 bộ
	- Bộ phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm:
	+ Khớp nối: 01 cái
	+ Bộ núm tiết trùng: 01 cái
	+ Bao phủ bụi: 01 cái



	+ Cầu chì: 02 cái
	+ Cấp nguồn: 01 cái
	+ Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Việt: 01 cái
	<b>2. Thông số kỹ thuật</b>
	Kính lọc: Dùng núm đổi kính lọc để thay đổi, các loại kính lọc:
	+ Kính lọc ánh sáng xanh, làm giảm ánh sáng xanh điển hình của đèn LED
	+ Kính lọc màu xanh coban
	+ Kính lọc màu xanh lá cây
	+ Kính lọc hấp thụ nhiệt
	- Sử dụng nguồn sáng Led tiêu thụ điện giảm tới 85%
	<i>Kính hiển vi</i>
	+ Thay đổi độ phóng đại: Thay đổi thủ công độ phóng đại theo 3 nấc
	+ Vật kính: F 200 mm
	+ Thị kính: 12.5xw
	+ Ống quan sát 2 mắt: Ống quan sát 2 mắt nghiêng 45°
	+ Khả năng phóng đại ít nhất 3 mức: trong khoảng từ 4.5X đến 12.5x
	+ Trường nhìn thực tế 3 mức: trong khoảng từ ø15mm đến ø50mm,
	+ Khoảng lấy nét: 30mm
	<i>Hệ thống chiếu sáng:</i>
	+ Hệ thống: Chiếu sáng trực tiếp
	+ Nguồn sáng LED
	+ Trường phát sáng ø55mm
	+ Chỉnh độ sáng: 9 nấc
	<i>Chân đế, Cánh tay nâng</i>

	+ Chân đế: dạng đứng
	+ Độ dài đuôi tối đa cánh tay: 1045mm
	+ Hành trình dọc của cánh tay: 400mm
	+ Kích thước đế: 600mmx600mm

**A. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:** Cung cấp hàng hóa, lắp đặt, cài đặt, hướng dẫn sử dụng và bảo quản, chuyển giao công nghệ tại khoa phòng sử dụng trang thiết bị của Trung tâm y tế huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Giá hợp đồng đã bao gồm thuế GTGT và các loại thuế, phí khác có liên quan theo quy định của Nhà nước. Hàng hóa được bàn giao, hướng dẫn sử dụng và nghiệm thu tại Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa mà Chủ đầu tư không phải thanh toán thêm bất cứ khoản tiền nào khác.

## B. Mẫu báo giá

### BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa.

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm y tế huyện Hiệp Hòa, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị, máy móc như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị, máy móc và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Thông số kỹ thuật	Mã HS (nếu có)	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng/ khối lượng	Đơn giá (VND) (đã bao gồm VAT)	Thành tiền (VND)
1	.....								
2	.....								
n	...								

(Đề nghị các nhà cung cấp gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng.....năm.....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp**  
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))